



### Protectie

Testat si aprobat pentru protectie impotriva oricaror particule de 0.5 microni, cu eficienta de minim 99%

### Certificare

Conform cu EN149:2001+A1:2009 : FFP3 R D  
Certificat de BSI, CE 0086

### Marcaje

R = Reutilizabil  
D = Indeplineste cerintele optionale de rezistenta la colmatare

### Termen de valabilitate

5 ani

### Produs in

Romania

### Materiale componente

Benzi elastice din cauciuc, fara latex  
Componente din plastic (ABS)  
Strat de filtrare electrostatic din polipropilena, pe suport PET  
Segment nazal din Aluminiu  
Spuma de confort din poliuretan

### Performante (teste efectuate de BSI)

#### Test 1

##### Testare la penetrare (filtrare) la 95L per minut

Clorura de Sodiu	Ulei parafinic	Limita admisa
0.05%	0.18%	1%

#### Test 2

##### Rezistenta la respiratie

in mbar	30L p min	95L p min	160L p min
Rezistenta la Inspiratie	0.39	1.21	x
Rezistenta la expiratie	x	x	1.95
Limita admisa	1	3	3

#### Test 3

##### Continutul de Dioxid de Carbon din aerul inspirat

	CO <sub>2</sub>
Test	0.66%
Limita admisa	1%

#### Test 4

##### TIL - Total Inward Leakage (Scurgeri totale in interiorul mastii)

Cate 5 teste efectuate de 10 oameni cu masti diferite

Rezultate medii	1.35%
Limita admisa	2%



Ambalare individuala

Deschidere Frontala